

Mińsk Mazowiecki, dnia 01.07.2020 r.

RI.271.2.9.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Dostawa wyposażenie pracowni chemicznych – dygestoria,

w ramach realizacji zadania Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki”

Zamawiający Gmina Mińsk Mazowiecki poniżej przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Pierwsze pytanie, które później będzie można doprecyzować, po Państwa odpowiedzi. Z opisu wynika jakby dygestoria miały być niepodłączone do wody z instalacji oraz kanalizacji.

Odp. Zgodnie z rozdziałem 2 Zapytania ofertowego ust. 2 pkt. 3) „Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie podłączał dygestoria do istniejącej instalacji wody i kanalizacji w następujących placówkach: SP Marianka, SP Zamienie, SP Stara Niedziałka, SP Stojadła. Natomiast w SP Janów i SP Brzoze dygestoria należy podłączyć do dwóch zbiorników: na wodę czystą i ścieki wraz z pompą wodną”

2. Przy takim rozwiązaniu konieczne byłoby doprowadzenie wody do zbiornika (pytanie czy ręcznie czy w inny sposób) oraz późniejsze opróżnianie zbiornika na "ścieki". O ile zbiornik na ścieki czasami się w realizacjach trafia, ponieważ używając szkodliwych substancji faktycznie dobrze jest je utylizować z zamkniętego obiegu. Pytam ponieważ rozwiązanie z pompą, a nie zwykłym podłączeniem do instalacji zimnej wody mocno przedroży wycenę, dodając pompę, która co jakiś czas też będzie wymagać wkładu finansowego. Dodatkowo występuje też wtedy zbiornik na wodę, którą później pompa będzie pompować do kranu dygestorium.

Odp. Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem 2 Zapytania ofertowego ust. 2 pkt. 3) „w SP Janów i SP Brzoze dygestoria należy podłączyć do dwóch zbiorników: na wodę czystą i ścieki wraz z pompą wodną”. Zamawiający dopuszcza ręczny sposób doprowadzenia wody do zbiorników oraz ich opróżniania. W pozostałych szkołach tj. SP Marianka, SP Zamienie, SP Stara Niedziałka, SP Stojadła Zamawiający rezygnuje z pompy wodnej oraz zbiorników na czystą wodę i ścieki, zmieniając zapisy w Załączniku nr 1 – Lista zakupów chemia – dygestoria.

Zaktualizowany Załącznik nr 1 – Lista zakupów chemia – dygestoria zamieszczono na stronie:

<https://www.bip.minskmazowiecki.pl/1637,27-dostawa-wyposazenia-pracowni->



chemicznych-dygestoria-w-ramach-realizacji-zadania-pn-kreatywna-szkola-w-gminie-minsk-mazowiecki

3. Lokalizacja dygestorium względem klasy, przy opcji z przeszkloną wyłącznie szybą z przeciwwagą, da uczniom widok na doświadczenia jedynie gdy staną za nauczycielem. Od lokalizacji zależy również konstrukcja wyciągu i jego wycena. Odległość do krtek wentylacyjnych lub innego rozwiązania. Na podłączenie do krtek dobrze było by mieć opinie kominiarską, ponieważ nie wszędzie można się wpiąć.

Odp. Zamawiający informuje, iż dygestoria będą ustawione pod ścianą. Zgodnie z rozdziałem 2 Zapytana ofertowego ust. 2 pkt 4) „W celu ustalenia zakresu prac towarzyszących dostawie oraz podłączeniu dygestorium należy dokonać wizji lokalnej w poszczególnych szkołach umawiając się uprzednio z dyrektorami”

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta